



更正公告

致该项目投标供应商：

采购项目名称	旺苍县妇幼保健计划生育服务中心 医疗设备采购项目	采购项目编号	5108212019000101
采购方式	公开招标	行政区划	四川省旺苍县
公告类型	更正公告	公告发布时间	2019-06-14
采购人	旺苍县妇幼保健计划生育服务中心		
采购代理机构名称	四川协盈工程项目管理有限公司	项目包个数	2
原公告类型	公开招标采购公告	原公告发布时间	2019-06-03
更正事项和内容	1. 将原招标文件中第六章：招标项目技术、服务、商务及其他要求中第一包、第二包的项目技术参数要求均需作修改，修改后的项目技术要求见附件 1。 2. 投标起止时间更改为：2019 年 07 月 03 日 09:00-10:00（北京时间）。开标时间更改为：2019 年 07 月 03 日 10:00。 3. 其他不变。		
采购人地址和 联系方式	采购人：旺苍县妇幼保健计划生育服务中心 地 址：旺苍县环城北路 联 系 人：赵女士 联系电话：0839-4201538		
采购代理机构地址 和联系方式	代理机构：四川协盈工程项目管理有限公司 地 址：广元市万缘新区万达中心 1001 传 真：0839-3564843 邮政编码：628000		



采购项目联系人姓名和电话	项目具体事项电话及联系人：0839-3287743（李女士） 标书售卖电话及联系人：0839-3371900（张小姐） 质疑、投诉处理联系人：0839-3564843（衡林海）
原公告链接	http://www.ccgp-sichuan.gov.cn/view/staticpags/shiji_gkzbcg/2c9240ea6b19f09b016b1b681582023b.html
备案登记编号及财政监督电话	备案登记编号：旺政采（2019）64 号，监督电话：0839-4222083。
备注	
PPP 项目标识	不是



附件 1:

第一包:

一、项目技术参数要求:

序号	品名	技术参数及配置	单位	数量
1	手持式血液分析仪	1. 工作范围: 1.1 工作气压: 300-850 毫米汞柱 1.2 工作温度: 18-30 摄氏度 1.3 工作湿度: $\leq 90\%$ 2. 技术参数: 2.1 测定原理、方式: 生物电极法或微流体技术 2.2 电源: 直流电源, 并配有充电装置 2.3 定标: 双重定标 (电子定标和液体定标) 2.4 ★测量参数: Na, K, Cl, PH, PCO ₂ , PO ₂ , iCa, BUN, Glu, HCT, Lac (*), Crea (*) 等 2.5 计算参数: HCO ₃ , TC0 ₂ , BE, Anion Gap, sO ₂ , Hb 2.6 电解质用全血检查, 无需分离血浆或血清, 且结果精确 2.7 ★消耗品: 除一次性检测用卡片外无其他消耗品 2.8 ★测试片: 低温保存保质期 ≥ 2 个月 2.9 可采用样品: 动脉血、静脉血、毛细管血、脐带血、混合静脉血、体外循环血 2.10 检测时间: 血气、血电解质等 ≤ 5 分钟可看到报告, 最长的检测项目时间不超过 20 分钟 2.11 采样量 (全参数) $\leq 120\mu\text{l}$ 2.12 ★最小样品量: $\leq 20\mu\text{l}$ 2.13 质控方式: 卡片定标液; 电子模拟器检测; 通过卡片质控液进行质控 (高、中、低三级质控液) 2.14 免费升级: 提供 2.15 打印机: 外接热敏打印机 2.16 显示屏: 液晶显示屏 2.17 接口: 以太网接口或 USB 接口 2.18 配置要求: 具有后备电池、可连接 CDS 系统. 2.19 具备自诊断程序 2.20 ★存储检测数据数量: ≥ 2000 组	台	1



		2.21 重量：≤1 千克 2.22 红外线扫描患者一维码基本信息，节约更多时间 2.23 连接中央数据管理系统或 LIS 系统，上传并保存众多测试数据 2.24 乳酸测定，简单方便, 定量测试		
--	--	--	--	--

第二包：

一、项目技术参数要求：

序号	品名	技术参数及配置	单位	数量
1	新生儿无创呼吸机	1. 专为早产儿、足月新生儿设计的经鼻无创呼吸机，为新生儿无创治疗提供最先进、最合适、最有效的手段。 2. 具有内置空气/氧气混合功能，输出氧浓度范围 21-100%，精度±3%。 3. 具有内置式氧浓度监测功能，监测范围 20 - 100%，精度±2%，并具有氧浓度偏离报警，保证对婴幼儿使用氧的安全性。 4. 病人近端鼻腔处电子压力监测，监测范围为新生儿无创使用范围：0 - 12 cmH ₂ O，精度±1 cmH ₂ O，并具有压力高、低报警，具备高压释放功能。 5. ★具有独立辅助气体输出口，可对其它抢救、治疗提供空氧混合后的气源。 6. 具有新生儿无创呼吸机模式：常规 NCPAP 功能，双水平 NCPAP 功能。 7. ★可选配：同步触发压力辅助 Biphasic tr 功能，控制机械通气 NIPPV 功能，呼吸暂停监测，窒息后备通气功能。 8. 实时监测 CPAP（PEEP），PIP，MAP，O ₂ 的数据。 9. ≥6 寸触摸屏，具有彩色屏幕，显示实时监测波形。 10. ★安全限制阀：压力超过 11cmH ₂ O 则停止送气，3 秒后恢复供气。 11. 吸气相、呼气相由病人自主呼吸自动切换。 12. 呼出气体管路长短可调，且呼气端开放，可避免过度通气或有利于 CO ₂ 排出。 13. 通气压力自动报警：设置压力高压：NCPAP+3cmH ₂ O，低压：NCPAP-2cmH ₂ O。 14. 腹部压力传感器，探测有效新生儿呼吸，提供同步功能。 15. 流量控制范围 0 - 15 升/分，△P 可调流量 0—5 升/分，精度 ±5 %。	台	1



		16. ★在新生儿使用 NCPAP 功能、双水平 NCPAP 功能同时可对其他新生儿患者进行氧疗。		
--	--	---	--	--